

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang

Taotluse nimetus	Valmistatav tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A (toote nimetus ja kood MSA-s: Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A, 9320)
Taotluse number	11507

1. Lühikokkuvõtte taotlusest

Jalakabinet OÜ taotleb alljärgnevat meditsiiniseadme pakendite lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu:

- Valmistatav tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A

(toote nimetus ja kood MSA-s: Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A, 9320).

Tooted on saadaval järgmistes suurustes: S, M, L, XL.

Taylor Corset TC101 ja TC200A on arsti poolt määratav tugikorsett, mis on näidustatud järgmiste seisundite korral: küfoos, lülisamba kinnikiilumine, selja- ja nimmepiirkonna vigastused, nakkushaigused, mis mõjutavad lülisammast, seljaaju ketassong, postoperatiivne ravi, osteoporoos, dorsalgia. TC200A mudel on sobilik rippuva kõhuga patsientidele. Toote lisamist meditsiiniseadmete loetellu taotletakse samadel tingimustel sinna juba kuuluvate toodetega.

Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistikast¹ kompenseeriti esmaseid varaseid selja- ja nimmepiirkonna ortoose 2015. aastal 1988 patsiendile, kulu ravikindlustuse eelarvele oli 320 166 eurot.

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)

Taotletava meditsiiniseadmete Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A jaemüügihind on xxx eurot.

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

Taotletavad meditsiiniseadmed Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A on alternatiiviks kipssidemele, seade on sobiv lühiaegseks kasutamiseks seljatrauma korral ning operatsioonijärgselt. Seade on võrreldav meditsiiniseadmete loetelus olevate tugikorsettidega.

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa esmaseid varaseid selja- ja nimmepiirkonna ortoose (§ 49)² 90% soodusmääraga. Seejuures on hüvitamisele seatud alljärgnev piirang: haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase selja- ja nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

Taylor Corset TC101 ja TC200A maksumus on võrreldav mõningate valmistatavate meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate tugikorsettide hinnaga, kuid xxx eurot kallim võrreldes tabelis 1 toodud Orlimani seadmetega. Võrreldes toodete omadusi ja kasutusnäidustusi, siis võib tõdeda, et toodetel on teatavaid erisusi, kuid suures osas

kasutusnäidustused kattuvad. Näiteks on samalaadsete omadustega valmistatavad seljaortoosid Orliman Lumbitron art. LT-280 ja LT-290. Taotleja on Taylor Corset TC101 ja TC200A kallimat maksumust põhjendanud asjaoluga, et toodet saab valmistada ka individuaalselt mõõtude järgi. Siiski, tutvudes kasutamishendis toodud paigaldusinstruktsioonidega, on haigekassa hinnangul tegu kohaldatavate toodetega. Antud väidet on kinnitanud ka Terviseamet, sest tootja on turule lasknud seadme CE-märgistatava seadmena, mitte tellimusmeditsiiniseadmena. Eeltoodust lähtuvalt, ei ole kõrgem hind põhjendatud.

Tabel 1

Kood	Nimetus	Piirhind (€)
7013090	Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. LTG-285	104,89
7013102	Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. LTG-275	104,89
7013113	Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo art. LTG-305	104,89
7013124	Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo art. LTG-375	104,89
7013179	Valmistatav seljaortoos Orliman, Lumbitron art. LT-280	104,89
7013180	Valmistatav seljaortoos Orliman, Lumbitron art. LT-290	104,89

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused – ei muutu

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud - ei muutu

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas mõju tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele

Taotletavate tugikorsettide hind on xxx eurot kallim meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate omadustelt võrreldavate Orlimani seljaortooside maksumustest. Haigekassal ei ole võimalik prognoosida, milliseks kujuneb uute seadmete osakaal meditsiiniseadmete seas, kuid kui seade hakkab asendama odavamaid tooteid, siis uue ortoosi meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega kaasneb lisakulu ravikindlustuse eelarvele.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste – kohaldamise tingimused ei vaja muutmist

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed – ei ole tõenäoline

4. Kokkuvõte

Taotletavate meditsiiniseadmete - Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A (toote nimetus ja kood MSA-s: Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A, 9320) näol on haigekassa hinnangul tegemist loetelus olevate Orlimani tugikorsettidega võrreldavate seadmetega, seejuures taotletavate seadmete maksumus on xxx eurot kallim. Haigekassal ei ole võimalik prognoosida, milliseks kujuneb uue meditsiiniseadme osakaal meditsiiniseadmete seas, kuid kui seade hakkab asendama odavamaid tooteid, siis uute ortooside meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega kaasneb lisakulu ravikindlustuse eelarvele. Laiendamaks haigekassa poolt hüvitatavate seljaortooside valikut kindlustatutele, peab haigekassa põhjendatuks meditsiiniseadmete loetellu lisamist täiendava hinnaalandusega xx % ulatuses ehk seadme maksumus ei tohi ületada xxx eurot.

5. Kasutatud kirjandus

¹ Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:

<https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/meditsiiniseadmed>

² Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu:

<https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015066#>