

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang

Taotluse nimetus	Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP
Taotluse number	2753

1. Lühikokkuvõtte taotlusest

OÜ Hansa Medical taotleb alljärgneva automaatse püsiva positiivrõhuseadme lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu:

- Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP (MSA kood 9367)

CPAP-ravi on obstruktiivse uneapnoe ravi nurgakivi¹. CPAP seade tekitab maski abil programmeeritud rõhurežiimidega hermeetilise ülerõhu kogu hingamisteedes, eeskätt neelupiirkonnas ja takistab hingamisteedel kokku vajuda. Raviga taastatakse normaalne kopsufunktsioon ning CPAP-raviga paraneb haige tervis ja elukvaliteet.

Toote lisamist meditsiiniseadmete loetellu taotletakse samadel tingimustel sinna juba kuuluvate toodetega.

Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete² kasutusstatistikast kompenseeriti automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmeid 2015. aastal alljärgnevalt:

Kood	Meditsiiniseadme pakend	Isikuid	Retsepte	Pakendite arv	Kogusumma (€)	EHK poolt tasutud (€)
7004618	CPAP seade ResMed S9 AutoSet	684	684	684,00	376 198,06	338 581,67
7006159	CPAP seade REMstar Auto A-Flex System One 60 Series	470	470	470,00	276 143,80	248 531,30
KOKKU		1 154	1 154	1 154,00	652 341,86	587 112,97

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)

Taotletava seadme Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP jaemüügihind on xxx €.

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvaid automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmeid hüvitab haigekassa 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme piirhinnast. Käesoleval ajal hüvitab haigekassa alljärgnevaid seadmeid³:

Kood	Nimetus, kogus müügipakendis	Piirhind (€)
7006159	CPAP seade REMstar Auto A-Flex System One 60 Series	550,45
7016318	ResMed AirSense 10 AutoSet	585,88
7016329	ResMed AirSense 10 AutoSet for Her	585,88

Seejuures on hüvitamisele seatud alljärgnev piirang: haigekassa võtab üle automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, üks kord viie kalendriaasta jooksul.

Taotletava seadme Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP jaemüügihind on xx eurot kallim meditsiiniseadmete loetellu kuuluva CPAP seade REMstar Auto A-Flex System One 60 Series hinnast, kuid xx eurot soodsam võrreldes ResMed AirSense 10 Autoset ja ResMed AirSense 10 Autoset for Her maksumusest.

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused – ei muutu

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud - ei muutu

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas mõju tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele

Eeldusel, et taotletava seadme hind jääb samaväärseks teiste loetellu kuuluvate analoogsete seadmete hinnaga, siis uue meditsiiniseadme meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste

Lähtuvalt Ravikindlustuse seaduse § 48¹ lõikest 3, mis sätestab, kui meditsiiniseadmete loetelus on ühes meditsiiniseadme rühmas kaks võrreldavat meditsiiniseadet, siis alates kolmandast meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmest on haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks meditsiiniseadmete loetelus sisalduva piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme piirhind. Eeltoodust lähtuvalt on põhjendatud piirhinna kehtestamine meditsiiniseadmete rühmale „Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade“.

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed – ei ole tõenäoline

4. Kokkuvõte

Taotletav Philips Respironics Dreamstation AutoCPAP on oma omadustelt samaväärne juba loetelus olevate CPAP seadmetega. Toote lisamist meditsiiniseadmete loetellu taotletakse samadel tingimustel sinna juba kuuluvate toodetega. Eeldusel, et taotletava seadme hind jääb samaväärseks teiste loetellu kuuluvate analoogsete seadmete hinnaga, uue meditsiiniseadme meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, küll aga laieneb haigekassa poolt hüvitatavate seadmete valik kindlustatutele. Lähtuvalt Ravikindlustuse seaduse § 48¹ lõikest 3 on

põhjendatud piirhinna kehtestamine meditsiiniseadmete rühmale „Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade“.

5. Kasutatud kirjandus

¹Smith I, Lasserson TJ. Pressure modification for improving usage of continuous positive airway pressure machines in adults with obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD003531. doi: 10.1002/14651858.CD003531.pub3.

² Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:

<https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/meditsiiniseadmed>

³ Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu:

<https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015066>