

## **EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang**

<b>Taotluse nimetus</b>	Brava alusplaadi lisakinnitusriba
<b>MSA kood</b>	14452
<b>Aasta</b>	2020

### **1. Lühikokkuvõte taotlusest**

AB Medical Group Eesti OÜ taotleb järgnevate Coloplast A/S toodetud stoomi alusplaadi lisakinnituste lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: Brava alusplaadi lisakinnitusriba kumer N20.

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma „§ 12. Stoomi alusplaadi lisakinnitused“ seejuures hüvitamistingimusi muutmata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate seadmetega.

### **2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang**

#### **2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)**

Brava alusplaadi lisakinnitusriba kumer N20 – ■■■ eurot, 1 tk – ■■■ eurot.

#### **2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega**

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa erinevaid stoomihooldusvahendeid kolo-, ileo- ja urostoomiga ning fistuliga patsientide raviks 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme pakendi piirhinnast või piirhinnarühmasisesest piirhinnast.

Seejuures on stoomi alusplaadi lisakinnituste hüvitamisele kehtestatud järgmine tingimus: haigekassa võtab üle stoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 180 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav <https://www.riigiteataja.ee/akt/118122019014>.

Käesolevalt kuulub haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kolm erinevat stoomi alusplaadi lisakinnituste pakendit, nende kõikide puhul on 1 tk hind 0,80 eurot. Taotletavate Brava alusplaadi lisakinnituste 1 tk hind ■■■ seda hinda ■■■.

#### **2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused**

Patsient tasub 10% meditsiiniseadme pakendi hinnast ehk ■■■\*0,1=■■■ eurot. Võrreldes loetellu kuuluvate alternatiividega maksab patsient N20 suuruses pakendi eest ■■■, poolaastas hüvitatava maksimaalse koguse (180) kohta on omaosaluse ■■■.

#### **2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud**

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest.

#### **2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud**

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest.

#### 2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest.

#### 2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest.

### **3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu**

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika<sup>1</sup> kohaselt hüvitati stoomi alusplaadi lisakinnitusi 2019. aastal 172 kolostoomiga, 39 ileostoomiga ja 35 urostoomiga isikule kokku 747 pakendit (29 860 lisakinnitust), mille eest haigekassa tasus ca 21 500 eurot.

Loetellu taotletavate uute Brava lisakinnitusribade hind on ■■■■ hetkel loetellu kuuluvate alternatiivide hinnast. Toote loetellu lisamisega, eeldades kasutusmahu püsimist samas suurusjärgus ja turuosa võrdset jaotumist kolme ettevõtte vahel, kaasneks ravikindlustuse eelarvele lisakulu ca ■■■■ aastas. Võttes arvesse, et 2020. aastast suurenes hüvitatavate alusplaadi lisakinnituste arv poolaastas 50% võrra, võib lisakulu olla ka siin arvatust mõnevõrra suurem.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele

Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust.

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest

Ei muutu võrreldes varasema aastaga.

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste

Meditsiiniseadme optimaalne kasutamine on tagatud läbi kohaldamise tingimuste.

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele

Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline.

### **4. Kokkuvõte**

Taotletavad stoomi alusplaadi lisakinnitused on oma omadustelt samaväärsed haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavate lisakinnitustega.

Brava alusplaadi lisakinnitusribad on alternatiivsetest loetellu kuuluvatest toodetest ■■■ ja nende loetellu lisamine tooks kaasa ■■■ lisakulu. Arvestades, et meditsiiniseadmete loetellu kuulub mitu alternatiivset ja soodsama hinnaga lisakinnitusete pakendit, ei pea haigekassa lisakulu põhjendatuks. Eelnevalt tulenevalt on Brava alusplaadi lisakinnitusribade meditsiiniseadmete loetellu lisamise eeldus ■■■.

## 5. Kasutatud kirjandus

---

<sup>1</sup> <https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika>

<sup>2</sup> Taotlused ja neile lisatud materjalid