

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang

Taotluse nimetus	Prisma SMART autoCPAP seade Prisma SMART max autoCPAP seade
MSA kood	16956 16957
Aasta	2021

1. Lühikokkuvõtte taotlusest

Hansa Medical OÜ taotleb alljärgnevate CPAP seadmete lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: Prisma SMART autoCPAP seade ning Prisma SMART max autoCPAP seade, tootja Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG. Seadmete sihtotsarved meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu andmetel on järgmised:

Prisma SMART autoCPAP seade¹ - WM090TD-tüüpi seadmed on rõhukontrollitud, mitteinvasiivse, mitte-elutoetava ravi seade unega seotud hingamishäirete raviks maski abil. Seadmeid kasutatakse 30 kg või rohkem kaaluvatel isikutel. CPAP-režiimi võib kasutada 3-aastastel ja vanematel isikutel. Seadet võib kasutada ainult arsti juhiste alusel. (Auto)CPAP-režiim tagab positiivse hingamisteede rõhu obstruktiivse uneapnoe raviks patsientidel, kes hingavad spontaanselt.

Prisma SMART max autoCPAP seade² - Rõhuga juhitud, mitteinvasiivsed, mitteelushoidvad seadmed unega seotud hingamishäirete raviks. Mõeldud kasutamiseks isikutel, kes kaaluvad 30 kg või rohkem. (auto)CPAP-režiim pakub positiivset hingamisteede survet unega seotud hingamishäirete raviks spontaanselt hingavatel patsientidel.

Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika³ andmetel kompenseeriti CPAP seadmeid 2020. aastal 1587 isikule 1587 seadet kogusummas 910 034 eurot, millest haigekassa tasus 813 466 eurot.

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind):

16956 Prisma SMART autoCPAP seade – 570,00 eurot

16957 Prisma SMART max autoCPAP seade 577,70 eurot.

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

2021.a haigekassa meditsiiniseadmete loetelus (§ 53)⁴ on erinevaid CPAP seadmeid 5. Haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme ResMed AirSense 10 AutoSet piirhind, milleks on 577,70 eurot. 2020. a ja 2021 I poolaastal oli enim kasutatud CPAP seadmeks vastavalt Philips Resironics Dreamstation AutoCPAP ning ResMed AirSense 10 AutoSet, mõlemad hinnaga 577,70.

Taotletavad CPAP seadmed on loetelus kehtestatud piirhinnast soodsamad või võrdsed.

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused

Patsient tasub 10% piirhinnast või piirhinnast madalamast hinnast ehk Prisma SMART autoCPAP seadme ostul 57 eurot ja Prisma SMART max autoCPAP ostul 57,70 eurot.

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta

Uute CPAP seadmete meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne. Keeruline on prognoosida, milliseks kujuneb piirhinnast soodsama Prisma SMART autoCPAP seadme turuosa. Kui toode osutub patsientide hulgas populaarseks, võib mõnevõrra väheneda kulu haigekassale.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste - kohaldamise tingimusi ei ole vaja muuta

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele - kui patsienti on nõustatud maski ja seadme korrektse kasutamise ja hooldamise osas ning seadme välja kirjutamisel peetakse kinni rakendustingimustest, ei ole väär- ja liigkasutamine tõenäoline.

4. Kokkuvõte

Hansa Medical OÜ taotleb CPAP seadmete - Prisma SMART autoCPAP seade ja Prisma SMART max autoCPAP seade - lisamist meditsiiniseadmete loetellu. Taotletavad tooted on oma raviomadustelt võrreldavad juba loetelus olevate CPAP seadmetega ning nende maksumused kehtestatud piirhinnast soodsamad või võrdsed. Seega lisakulu hüvitamine haigekassale kaasa ei too. Samuti ei tõuse patsiendi omaosalus. Positiivse hüvitamisotsuse korral laieneb uneapnoe ravis kasutatavate toodete valik uue tootja seadmetega.

5. Kasutatud kirjandus

¹ <https://msa.sm.ee/ctrl/et/MeditsiiniSeade/andmed/16956>

² <https://msa.sm.ee/ctrl/et/MeditsiiniSeade/andmed/16957>

³ Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTcxNWl0YmQtYjQ1Yi00OWRlLWEyN2EtMjg0NWQ3NDBkM2M3liwidCI6IjJiMWJmNzQ4LWZmMGMtNGU5ZC1hZDMzLTBhMzkwMzEzYWlxMyIsImMiOiJh9>

⁴ Haigekassa 2021. a meditsiiniseadmete loetelu: <https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016>