

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang

Taotluse nimetus	NATURA Combihesive Laste Alusplaat
MSA kood	16050
Aasta	2021

1. Lühikokkuvõte taotlusest

Linus Medical OÜ taotleb ConvaTec Limited toodetud NATURA Combihesive laste alusplaatide N5 lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Taotletav toode vahetab välja hetkel meditsiiniseadmete loetellu kuuluva toote ConvaTec alusplaadid Little Ones, laste 32 mm N5.

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib meditsiiniseadmete lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma „§ 7. Stoomi alusplaadid“ seejuures hüvitamistingimusi muutmata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate seadmetega.

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)

NATURA Combihesive laste alusplaadid N5 – 19,79 eurot.

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa erinevaid stoomihooldusvahendeid kolo-, ileo- ja urostoomiga ning fistuliga patsientide raviks 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme pakendi piirhinnast või piirhinnarühmasisesest piirhinnast.

Seejuures on stoomi alusplaatide hüvitamisele kehtestatud järgmine tingimus: haigekassa võtab üle kaheosalise stoomisüsteemi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav <https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016>.

Taotletavate NATURA Combihesive laste alusplaatide N5 hind ületab hetkel loetellu kuuluva alternatiivse toote hinda (ConvaTec alusplaadid Little Ones, laste 32 mm N5 – 19,17 eurot) 0,62 euro võrra, kuid on 1,44 euro võrra soodsam samasse piirhinnarühma kuuluvast tootest Esteem Synergy pediaatrilised alusplaadid 5 tk.

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused

Patsient tasub 10% meditsiiniseadme piirhinnast: $0,1 \cdot 19,79 = 1,98$ eurot.

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest.

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika¹ kohaselt hüvitati stoomi alusplaate 2020. aastal 1102 isikule kokku 20 452 pakendit, mille eest haigekassa tasus 422 524 eurot. Seejuures loetelust välja minevat pakendit ConvaTec alusplaadid Little Ones, laste 32 mm N5, mida uus taotletav toode asendab, kasutas kolm isikut kokku 32 pakendit, mille eest haigekassa tasus 552,11 eurot. Sama koguse NATURA Combihesive laste alusplaatide N5 hüvitamine maksaks haigekassale 569,92 eurot, lisakulu 17,81 eurot.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele

Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust.

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest

Ei muutu võrreldes varasema aastaga.

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste

Meditsiiniseadme optimaalne kasutamine on tagatud läbi kohaldamise tingimuste.

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele

Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline.

4. Kokkuvõte

Taotletavad stoomi alusplaadid NATURA Combihesive laste alusplaadid N5 on oma omadustelt samaväärsed haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavate lastele mõeldud stoomi alusplaatidega ning need asendavad hetkel loetellu kuuluva pakendi ConvaTec alusplaadid Little Ones, laste 32 mm N5. Taotletav alusplaatide pakend on hetkel hüvitatavast alternatiivist 0,62 euro võrra kallim ja alternatiiviga sarnase kasutusmahu korral kaasneks selle hüvitamisega lisakulu 17,81 eurot.

5. Kasutatud kirjandus

¹ <https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika>